調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号	６５１５－１００－８５５７－５	仕　様　書　番　号	
深径覚検査器，電動式		ＨＭ－Ｔ１１０１７５Ｄ	
		作　成	平成１０年　４月２２日
		変　更	平成２５年　７月１８日
		作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の深径覚検査器について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ　Ｚ　８０１１による１種銘板を表示する。

b)　１種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　取扱説明書（日本語版）　　１部

b)　附属品明細表（様式適宜）　　１部

c)　納入品カタログ　　１部

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書	納入時	１部	陸上自衛隊 補給統制本部 衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＨＭ－Ｔ１１０１７５Ｄ
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２５年　７月１８日
物品番号等	６５１５－１００－８５５７－５	作成部隊等名	補　給　統　制　本　部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
深径覚検査器	興和㈱　　ＡＳ－７ＪＳ$_1$ 竹井機器工業㈱　Ｔ．Ｋ．Ｋ．１２２ｂ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　三桿法に基づく立体視及び物体の奥行を知覚する能力の測定ができるものとする。

b)　のぞき窓がついたボックスと，固定された標準刺激（固定桿２本）及び移動する比較刺激（移動桿）で構成されているものとする。

c)　固定桿と移動桿が一直線上に並んだと見えたときの誤差を，側面のスケール指針で読み取ることができるものとする。

d)　移動桿の移動速度は，毎秒２５　ｍｍ及び５０　ｍｍの切換えができるものとする。